



ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СЕРТИФИКАТ

о признании утверждения типа средств измерений

№ 1349



Действителен до
« 05 » июля 2016 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип

Альфа А1800

обозначение типа

счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные

наименование средства измерений

ООО «Эльстер Метроника»

наименование производителя (страны)

г. Москва, Россия

территориальное место расположение производства

внесен в Государственный реестр средств измерений под № KG 417/01.12.1349-12
и допущен к применению в Кыргызской Республике на основании признания
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

наименование национального органа

Российской Федерации

по метрологии страны экспортёра

Проверку проводить один раз в четыре года

Директор



А. Курманбаев

« 16 » 05 2012 г.

М.П.



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ТЕСКӨӨ
МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА
МЕТРОЛОГИЯ БОЮНЧА БОРБОРУ

Ченөө каражаттарынын тибин бекитүүнү таануу жөнүндө

СЕРТИФИКАТ

№ 1349



2016-ж. 05 июлунда
чейин жарактуу

Ушул сертификат

«Эльстер Метроника» ЖЧКасы

даярдоочу-ишкананын (өлкөнүн) атальши

Россия, Москва ш.

чыгарылган

ишкананын жайгашкан терриориялык орду

Альфа А1800

типтин белгилениши

көп функционалдуу үч фазалуу электр энергиясынын эсептегичтеринин типтери

ченөө каражаттарынын атальши

Россия Федерациясынын техникалык жөнгө салуу жана метрология боюнча

метрология боюнча улуттук органдын атальши

Федералдык агентчилигинде

өткөрүлгөн

экспорттоочу өлкөлөр

сыноонун жана ушул типти бекитүүнүн жыйынтыктарын таанунун негизинде

ченөө каражаттарынын Мамлекеттик реестринде № KG 417/01.12.1349-12

менен катталгандыгын жана Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат

берилгендин күбөлөндүрөт.

Текшерүү төрт жылда бир жолу

айлардагы же болбосо жылдардагы интервалы

өткөрүлсүн

Дөрөктүр

М.О.



А.Курманбаев «16».....05.....2012 ж.